

Số: 1302/YCBG-BVT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá gói thầu
Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ
thống lọc khí phòng mổ thuộc dự
toán mua sắm: Mua sắm vật tư
bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng
mổ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Gói thầu: Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ
thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí
phòng mổ**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh
- Tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ: Văn thư

- Số điện thoại: 0222.3821.242

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

- Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file excel) theo địa chỉ: bvdkbacninh@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03 tháng 03 năm 2025 đến trước 16h30' ngày 17 tháng 03 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu chi tiết: Theo Phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, tháo dỡ

- Địa điểm thực hiện: Giao hàng tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Hàng hóa được cung cấp, lắp đặt thành nhiều đợt. Trước mỗi đợt thực hiện Hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có thông báo ít nhất trước 02 ngày cho Chủ đầu tư trước khi thực hiện..

- Thời gian dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán theo tiến độ công việc hoàn thành sau khi nghiệm thu.

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

- Chất lượng hàng hoá mới 100%

- Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm lắp đặt, thay thế vật tư đảm bảo vật tư thay thế hoàn toàn phù hợp với hệ thống lọc khí phòng mổ, sau khi thay thế vật tư, hệ thống lọc khí phòng mổ phải hoạt động tốt. Hãng sản xuất, nhà cung cấp phải chịu mọi chi phí khác để đảm bảo việc hoạt động của hệ thống lọc khí phòng mổ.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)... Và các khoản chi

phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể báo giá một, nhiều hoặc tất cả các mặt hàng trong gói thầu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử SYT (đăng tải);
- Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên website của BV);
- Lưu VT, HĐXDG.

GIÁM ĐỐC

Hạ Bá Chân

Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1302/YCBG-BVT ngày 03/03/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật <i>(Cho phép chào các tấm lọc có độ dày khác dao động $\pm 5\%$)</i> | Đơn vị tính | Số lượng |
|------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| 1 | Tấm lọc cho FFU cấp khí tuần hoàn | <ul style="list-style-type: none">- Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 1170 x 570 x 70 (mm).- Hiệu suất: Giữ được $\geq 99.97\%$ các hạt bụi có kích thước 0.3micron theo tiêu chuẩn EN 1822 hoặc tương đương.- Lưu lượng: Lọc khí đạt lưu lượng ≥ 15 m³/phút ở áp suất ban đầu ≥ 95 Pa.- Khung nhôm, gioăng 2 mặt, 2 mặt lưới bảo vệ. | Cái | 50 |
| 2 | Tấm lọc cho hộp lọc cấp khí tươi | <ul style="list-style-type: none">- Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 610 x 610 x 70 (mm).- Hiệu suất: Giữ được $\geq 99.97\%$ các hạt bụi có kích thước 0.3micron theo tiêu chuẩn EN 1822 hoặc tương đương.- Lưu lượng: Lọc khí đạt lưu lượng ≥ 17 m³/phút ở áp suất ban đầu ≥ 245 Pa.- Khung nhôm, gioăng 2 mặt, 2 mặt lưới bảo vệ. | Cái | 11 |
| 3 | Tấm lọc gió hồi chân tường | <ul style="list-style-type: none">- Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 500 x 350 x 20 (mm)- Khung nhôm.- Chênh áp ban đầu ≥ 60 Pa.- Cấp lọc: G3, tiêu chuẩn EN 779 hoặc tương đương. | Cái | 39 |
| 4 | Tấm lọc thô cấp gió tươi | <ul style="list-style-type: none">- Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 500 x 350 x 25 (mm).- Khung nhôm.- Áp suất ban đầu ≥ 60 Pa.- Cấp lọc: G3, tiêu chuẩn EN 779 hoặc tương đương. | Cái | 11 |
| 5 | Bộ đèn UV diệt khuẩn | <ul style="list-style-type: none">- Lắp vừa cho hộp lọc cấp khí tươi có kích thước ((Dài x Rộng x Dày): 610 x 610 x 70 (mm).- Công suất: ≥ 15W.- Bước sóng: 250 - 280 nm.- Bộ sản phẩm tối thiểu bao gồm: bóng đèn, tầng phô, máng. | Bộ | 11 |

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 03/03/2025)

Mẫu báo giá

Gói thầu: Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ thuộc dự toán mua sắm; Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho gói thầu: Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ thuộc dự toán mua sắm; Mua sắm vật tư bảo dưỡng hệ thống lọc khí phòng mổ như sau:

1. Báo giá cho các vật tư và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Mã HS | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
|-----|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|---------------|----------------------|----------|-------------|---------------|------------------|
| 1 | Vật tư A | | | | | | | | | | |
| 2 | Vật tư B | | | | | | | | | | |
| n | ... | | | | | | | | | | |

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư, thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)...và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 17/03/2025.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

...., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))