SỞ Y TẾ BẮC NINH **BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 6329/YCBG-BVĐKBN2 V/v Yêu cầu báo giá Gói thầu Lắp đặt hệ thống ổ khí đầu giường cho Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115	*Bắc Ninh, ngày 08 tháng 8 năm 2025*

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu Lắp đặt hệ thống ổ khí đầu giường cho Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Lắp đặt hệ thống ổ khí đầu giường cho Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
- Chức vụ: Văn thư
- Số điện thoại: 02223821242
- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 - Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh.

- Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file excel) theo địa chỉ:bvdkbacninh@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 08 năm 2025 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 08 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 08 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ chi tiết: Theo phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ; các yêu cầu về cung cấp dịch vụ:

- Địa điểm cung cấp: tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2, Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về việc lắp đặt hệ thống ổ khí đầu giường cho Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115 đảm bảo đúng yêu cầu về tính năng, kỹ thuật trong yêu cầu báo giá. *(Phụ lục chi tiết kèm theo).*

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

- Chất lượng hàng hoá mới 100%.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), phí nhân công sửa chữa và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải);
- Phòng CNTT (đăng tải trên website của BV);
- Lưu VT, HĐXDDT&giá.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Hạ Bá Chân

PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ

Gói thầu Lắp đặt hệ thống ổ khí đầu giường cho Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115

(kèm theo Yêu cầu báo giá số 6329/YCBG-BVĐKBN2 ngày 08/08/2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hộp đầu giường	- Hộp khí đầu giường đáp ứng các yêu cầu: + Hộp làm bằng gỗ hoặc chất liệu tương đương. + Hộp có thể lắp tối thiểu 06 ổ điện. + Hộp có thể lắp tối thiểu 06 ổ khí. + Kích thước ≥ 5500 x 200mm (± 10%).	Bộ	01
2	Ổ khí đơn Oxy	- Ổ khí đơn Oxy đáp ứng các yêu cầu: + Các bề mặt ổ khí nơi mà khí đi qua được tạo bằng đồng thau hoặc chất liệu tương đương và miếng đệm không phản ứng với khí y tế. + Bu lông, vòng tròn và lò xo trong ổ khí được làm bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương. + Các bộ phận bên ngoài được làm bằng vật liệu polyamide thủy tinh hoặc chất liệu tương đương.	Bộ	02

Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

		+ Các ổ khí có thể chống sốc, ăn mòn và chống cháy. + Công nghệ gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100%. + Van một chiều tích hợp cho phép tháo phần trên và các cụm ổ cắm để bảo trì mà không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí. + Bộ lọc bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương và bên trong có viên nang ngăn chặn rò rỉ chất bẩn từ hệ thống đường ống dẫn đến bệnh nhân và thiết bị y tế. + Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE.		
3	Ổ khí đơn nén	- Ổ khí đơn nén đáp ứng các yêu cầu: + Đầu cắm tương thích với hệ thống khí y tế tại Bệnh viện. + Các bề mặt ổ khí nơi mà khí đi qua được tạo ra bằng đồng thau hoặc chất liệu tương đương và miếng đệm không phản ứng với khí y tế. + Bu lông, vòng tròn và lò xo trong ổ khí được làm bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương. + Các bộ phận bên ngoài được làm bằng vật liệu polyamide thủy tinh hoặc chất liệu tương đương + Các ổ khí chống sốc, ăn mòn và chống cháy. + Công nghệ gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100%.	Bộ	02

		+ Van một chiều tích hợp cho phép tháo phần trên và các cụm ổ cắm để bảo trì mà không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí. + Bộ lọc bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương trong viên nang ngăn chặn rò rỉ chất bẩn từ hệ thống đường ống dẫn đến bệnh nhân và thiết bị y tế. + Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE.		
4	Ổ khí đơn hút	- Ổ khí đơn hút đáp ứng các yêu cầu: + Đầu cắm tương thích với hệ thống khí y tế tại Bệnh viện. + Các bề mặt ổ khí nơi mà khí đi qua được tạo ra bằng đồng thau hoặc chất liệu tương đương và miếng đệm không phản ứng với khí y tế. + Bu lông, vòng tròn và lò xo trong ổ khí được làm bằng thép không gỉ hoặc chất liệu tương đương. + Các bộ phận bên ngoài được làm bằng vật liệu polyamide thủy tinh hoặc chất liệu tương đương. + Các ổ khí chống sốc, ăn mòn và chống cháy. + Công nghệ gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100%. + Van một chiều tích hợp cho phép tháo phần trên và các cụm ổ cắm để bảo trì mà không làm gián đoạn nguồn cung cấp khí.	Bộ	02

		+ Bộ lọc bằng thép không gỉ trong viên nang ngăn chặn rò rỉ chất bẩn từ hệ thống đường ống dẫn đến bệnh nhân và thiết bị y tế. + Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE.		
5	Ống đồng	- Đường kính: 12mm (±10%)	Mét	45
6	Gen nhựa	- Kiểu gen: Gen hộp - Kích thước: 40mm x 100mm (±2%)	Mét	6
7	Các phụ kiện khác	- Măng xông các loại: Đường kính 12mm, 15mm - Cút góc các loại: Đường kính 12mm, 15mm - Tê các loại: 12mm, 15mm - Côn thu các loại: 15mm - 12mm - Vít, nở các loại - Đai ôm Omega các loại: 12mm, 15mm - Càng cua các loại: 12mm, 15mm - Ty treo: 8mm - Que hàn - Các vật liệu có sai số không quá: (± 2%)	Lô	01

Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 08/8/2025

CÔNG TY……
Địa chỉ:…….
Email:……
Số ĐT liên lạc:……..

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3 821 242
Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

1. Danh mục dịch vụ:

STT	Danh mục Dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VND)
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu giấy phép kinh doanh, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 18/8/2025.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

....., ngày .... tháng .... năm 2025

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ