

Số: 6583/QĐ-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng  
Gói thầu Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm  
Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho  
máy siêu âm  
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm

## GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 8127/QĐ-BVT ngày 31/12/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán thu – chi năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-BVT ngày 02/5/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ

*thuật gói thầu: Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm, thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm;*

*Căn cứ Quyết định số 4248/QĐ-BVT ngày 06/6/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt giá gói thầu: Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm, thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm;*

*Căn cứ Quyết định số 4324/QĐ-BVT ngày 10/6/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm;*

*Căn cứ Quyết định số E2500271305\_2506181446 ngày 18/6/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm;*

*Căn cứ Báo cáo đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm ngày 28/7/2025 của Tổ chuyên gia.*

*Căn cứ Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm của Tổ chuyên gia ngày 15/8/2025 và Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ thẩm định ngày 18/8/2025.*

*Xét đề nghị của Tổ chuyên gia.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

### **1. Thông tin về gói thầu:**

- Số E-TBMT: IB2500271305
- Tên gói thầu: Mua sắm đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm
- Giá gói thầu: **1.577.000.000 VND**  
(*Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn./.*)
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng xét theo từng phần của gói thầu.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

## 2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

STT	Tên, mã phần lô	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu (VND)	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có) (VND)	Giá trúng thầu (VND)
1	Đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm HS40 Mã phần (lô): PP2500281561	Công ty cổ phần đầu tư thiết bị y tế An Việt	0102707239	785.000.000	785.000.000	<b>785.000.000</b>
2	Đầu dò cho máy siêu âm Voluson S10 Mã phần (lô): PP2500281562	Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật HTC	0106705433	630.000.000	630.000.000	<b>630.000.000</b>
<b>Tổng cộng:</b>						<b>1.415.000.000</b>
<i>Bảng chữ: Một tỷ, bốn trăm mười lăm triệu đồng./.</i>						

## 2. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

STT	Tên, mã phần lô	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu (VND)	Lý do không trúng thầu
1	Đầu dò cho máy siêu âm tim Vivid E95 Mã phần (lô): PP2500281563	Công ty cổ phần đầu tư thiết bị y tế An Việt	0102707239	245.000.000	Giá dự thầu cao hơn giá kế hoạch

## 4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu:

Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01.

**Điều 2:** Huỷ thầu Phần (lô) PP2500281563, tên phần (lô): Đầu dò cho máy siêu âm tim Vivid E95.

- Lý do huỷ thầu: Giá dự thầu cao hơn giá kế hoạch.

## Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Vật tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến tất cả các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu, đồng thời căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này để tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng vật tư, các khoa/ phòng/ trung tâm liên quan và các nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Công thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN;
- Lưu: VT, Tổ chuyên gia.

**GIÁM ĐỐC**

**Hạ Bá Chân**

**Bảng số 01**

STT	Tên hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trúng thầu (VND)	Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thời gian giao hàng (ngày)/ Tiến độ cung cấp	Ghi chú
1	Tên phần (lô): Đầu dò, linh kiện thay thế cho máy siêu âm HS40 Mã phần (lô): PP2500281561										785.000.000		
1.1	Bảng mạch	MI92-02843A	MI92-02843A	2024 trở đi	Samsung Medison Co.,Ltd, Hàn Quốc	Samsung Medison Co.,Ltd, Hàn Quốc	Bảng mạch (PSA board) cho máy siêu âm HS40. - Chức năng: + Kết nối các đầu dò với hệ thống máy chính. + Có chức năng chọn 1 đầu dò sử dụng. - Tương thích với máy siêu âm model: HS40, hãng sản xuất Samsung Medison.	Cái	01	95.000.000	95.000.000	90	
1.2	Bộ tản nhiệt PC	MI81-08964A	MI81-08964A	2024 trở đi	Đài Loan	- Hãng cung cấp: Samsung Medison	Bộ tản nhiệt PC cho máy siêu âm HS40. - Tương thích	Cái	02	25.000.000	50.000.000	90	

						Co.,Ltd, Hàn Quốc - Xuất xứ: Đài Loan	với máy siêu âm model: HS40, hãng sản xuất Samsung Medison.						
1.3	Đầu dò Convex	CA2-8AD	CA2-8AD	2024 trở đi	Samsung Medison Co.,Ltd, Hàn Quốc	Samsung Medison Co.,Ltd, Hàn Quốc	Đầu dò Convex cho máy siêu âm HS40. Mã CA2-8AD - Dải tần số: 2 – 8 MHz - Trường nhìn: 58° - Tương thích với máy siêu âm model: HS40, hãng sản xuất Samsung Medison.	Cái	02	145.000.000	290.000.000	90	
1.4	Đầu dò Linear	LA3-16AD	LA3-16AD	2024 trở đi	Samsung Medison Co.,Ltd, Hàn Quốc	Samsung Medison Co.,Ltd, Hàn Quốc	Đầu dò Linear cho máy siêu âm HS40. Mã: LA3-16AD - Dải tần số: 3 - 16 MHz- Trường nhìn: 38,4 mm - Số chấn tử: 192 - Tương thích với máy siêu âm model: HS40, hãng sản xuất Samsung Medison.	Cái	02	175.000.000	350.000.000	90	

2	<b>Tên phần (lô): Đầu dò cho máy siêu âm Voluson S10</b>										<b>630.000.000</b>		
	<b>Mã phần (lô): PP2500281562</b>												
2.1	Đầu dò Volume convex	RAB6- RS	GE	2025	Trung Quốc	GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO LTD	- Dải tần số: 2 - 8 MHz - Trường nhìn: 90° - Tương thích với máy siêu âm model: Voluson S10, hãng sản xuất GE Healthcare.	Cái	02	157.500.000	315.000.000	90	
2.2	Đầu dò Volume microconvex	RIC5- 9A-RS	GE	2025	Áo	GE HEALTHCARE AUSTRIA GMBH & CO OG	- Dải tần số: 3.8 - 9.3 MHz - Trường nhìn: 180° (B), 120° x 180° (Volume scan) - Tương thích với máy siêu âm model: Voluson S10, hãng sản xuất: GE Healthcare.	Cái	02	157.500.000	315.000.000	90	
	<b>TỔNG CỘNG:</b> <i>(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm mười lăm triệu đồng./.)</i>										<b>1.415.000.000</b>		