

Số: 278/YCBG-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

V/v: Yêu cầu báo giá gói thầu Mua sắm
vật tư, lắp đặt các hệ thống ổ khí đầu
giường tại khoa Nội tiêu hoá và
khoa Khám bệnh

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu Mua sắm vật tư, lắp đặt các hệ thống ổ khí đầu giường tại khoa Nội tiêu hoá và khoa Khám bệnh

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư, lắp đặt các hệ thống ổ khí đầu giường tại khoa Nội tiêu hoá và khoa Khám bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
 - Chức vụ: Văn thư
 - Số điện thoại: 02223821242
 - Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 - Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

- Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file excel) theo địa chỉ: bvdkbacninh@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 01 năm 2026 đến trước 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ <https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia>

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ chi tiết: Theo phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ, các yêu cầu về cung cấp dịch vụ:

- Địa điểm cung cấp: tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về việc cung cấp và lắp đặt các hệ thống ô khí đầu giường đúng yêu cầu kỹ thuật trong yêu cầu báo giá. (*Phụ lục chi tiết kèm theo*).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

- Chất lượng hàng hoá mới 100%.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)... và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải);
- Phòng CNTT (đăng tải trên website của BV);
- Lưu VT, HĐXDDT&giá.

GIÁM ĐỐC

Hạ Bá Chân

Phụ lục: Danh mục mua sắm, số lượng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu: Mua sắm vật tư, lắp đặt các hệ thống ổ khí đầu giường tại khoa Nội tiêu hoá và khoa Khám bệnh
(Kèm theo Quyết định số 278/QĐ-BVĐKBN2 ngày 09/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Lắp đặt hệ thống ổ khí đầu giường tại khoa Nội tiêu hóa			
1.1	Hộp khí đầu giường, kích thước 6500mm x 250mm	Hộp khí đầu giường đáp ứng các yêu cầu: - Hộp có thể lắp tối thiểu 04 ổ khí - Hộp có thể lắp tối thiểu 06 ổ điện kèm theo tối thiểu 06 ổ điện đôi ba châu - Kích thước: 6500mm x 250mm (Dài x Rộng). Sai số $\pm 10\%$	Chiếc	1
1.2	Ổ đầu ra khí Oxy	Ổ đầu ra khí Oxy đáp ứng các yêu cầu: - Đầu cắm tương thích với hệ thống khí y tế tại Bệnh viện - Với phần ống đồng kết nối, sử dụng Oxy - Thân van làm bằng đồng nguyên chất - Vòng mã màu được sử dụng để phân biệt các khí đầu ra - Gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100% - Thiết kế kéo ra hai bước tránh trường hợp vô tình rút đầu cắm nhanh ra - Đạt tiêu chuẩn kết nối DIN	Chiếc	2

		- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485		
1.3	Ổ đầu ra khí hút	<p>Ổ đầu ra khí hút đáp ứng các yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu cắm tương thích với hệ thống khí y tế tại Bệnh viện - Với phần ống đồng kết nối, sử dụng hút - Thân van làm bằng đồng nguyên chất - Vòng mã màu được sử dụng để phân biệt các khí đầu ra - Gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100% - Thiết kế kéo ra hai bước tránh trường hợp vô tình rút đầu cắm nhanh ra - Đạt tiêu chuẩn kết nối DIN - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Chiếc	3
1.4	Ống đồng, đường kính 12mm	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính: 12mm ($\pm 10\%$) - Chất liệu: Đồng 	Mét	20
1.5	Ống đồng, đường kính 15mm	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính: 15mm ($\pm 10\%$) - Chất liệu: Đồng 	Mét	15
1.6	Các phụ kiện khác	<ul style="list-style-type: none"> - Van chặn cách ly: 12mm. Số lượng: 01 chiếc - Cút đồng các loại: <ul style="list-style-type: none"> + 12mm. Số lượng: 06 chiếc + 16mm. Số lượng: 06 chiếc - Tê đồng các loại: <ul style="list-style-type: none"> + 12mm. Số lượng: 03 chiếc + 16mm. Số lượng: 03 chiếc - Măng xông các loại: 	Lô	01

		<ul style="list-style-type: none"> + 12mm. Số lượng: 08 chiếc + 16mm. Số lượng: 08 chiếc - Côn thu: 15mm x 12mm. Số lượng: 01 chiếc - Gen nhựa các kích thước: + 40mm x 60mm. Số lượng: 1 mét + 40mm x 100mm. Số lượng: 2 mét - Giá treo đường ống. Số lượng 06 bộ - Các vật liệu có sai số không quá 2% 		
2	Lắp đặt hệ thống ổ khí đầu giường tại khoa Khám bệnh			
2.1	Hộp khí đầu giường, kích thước 3000mm x 250mm	<p>Hộp khí đầu giường đáp ứng các yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hộp có thể lắp tối thiểu 04 ổ khí - Hộp có thể lắp tối thiểu 06 ổ điện kèm theo tối thiểu 06 ổ điện đôi ba chấu - Kích thước: 3000mm x 250mm (Dài x Rộng). Sai số $\pm 10\%$ 	Chiếc	1
2.2	Hộp khí đầu giường, kích thước 1200mm x 250mm	<p>Hộp khí đầu giường đáp ứng các yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hộp có thể lắp tối thiểu 02 ổ khí - Hộp có thể lắp tối thiểu 03 ổ điện kèm theo tối thiểu 03 ổ điện đôi ba chấu - Kích thước: 1200mm x 250mm (Dài x Rộng). Sai số $\pm 10\%$ 	Chiếc	1
2.3	Hộp khí đầu giường, kích thước 3800mm x 250mm	<p>Hộp khí đầu giường đáp ứng các yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hộp có thể lắp tối thiểu 04 ổ khí 	Chiếc	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Hộp có thể lắp tối thiểu 06 ổ điện kèm theo tối thiểu 06 ổ điện đôi ba châu - Kích thước: 3800mm x 250mm (Dài x Rộng). Sai số $\pm 10\%$ 		
2.4	Ổ đầu ra khí Oxy	<p>Ổ đầu ra khí Oxy đáp ứng các yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu cắm tương thích với hệ thống khí y tế tại Bệnh viện - Với phần ống đồng kết nối, sử dụng Oxy - Thân van làm bằng đồng nguyên chất - Vòng mã màu được sử dụng để phân biệt các khí đầu ra - Gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100% - Thiết kế kéo ra hai bước tránh trường hợp vô tình rút đầu cắm nhanh ra - Đạt tiêu chuẩn kết nối DIN - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Chiếc	5
2.5	Ổ đầu ra khí hút	<p>Ổ đầu ra khí hút đáp ứng các yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu cắm tương thích với hệ thống khí y tế tại Bệnh viện - Với phần ống đồng kết nối, sử dụng hút - Thân van làm bằng đồng nguyên chất - Vòng mã màu được sử dụng để phân biệt các khí đầu ra - Gioăng silicone bên trong cung cấp độ kín 100% - Thiết kế kéo ra hai bước tránh trường hợp vô tình rút đầu cắm nhanh ra - Đạt tiêu chuẩn kết nối DIN - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 	Chiếc	6

2.6	Ống đồng, đường kính 12mm	- Đường kính: 12mm ($\pm 10\%$) - Chất liệu: Đồng	Mét	75
2.7	Ống đồng, đường kính 15mm	- Đường kính: 15mm ($\pm 10\%$) - Chất liệu: Đồng	Mét	110
2.8	Các phụ kiện khác	- Van chặn cách ly: 15mm. Số lượng: 01 chiếc - Cút đồng các loại: + 12mm. Số lượng: 24 chiếc + 16mm. Số lượng: 24 chiếc - Tê đồng các loại: + 12mm. Số lượng: 12 chiếc + 16mm. Số lượng: 12 chiếc + 22mm. Số lượng: 01 chiếc - Măng xông các loại: + 12mm. Số lượng: 32 chiếc + 16mm. Số lượng: 32 chiếc - Côn thu các loại: + 15mm x 12mm. Số lượng: 03 chiếc + 22mm x 16mm. Số lượng: 02 chiếc - Gen nhựa các loại: + 40mm x 60mm. Số lượng: 5 mét + 40mm x 100mm. Số lượng: 10 mét - Giá treo đường ống. Số lượng 24 bộ - Các vật liệu có sai số không quá 2%	Lô	1

Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vật tư, lắp đặt các hệ thống ổ khí đầu giường tại khoa Nội tiêu hoá và khoa Khám bệnh

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá **Mua sắm vật tư, lắp đặt các hệ thống ổ khí đầu giường tại khoa Nội tiêu hoá và khoa Khám bệnh** như sau:

1. Báo giá Mua sắm vật tư, lắp đặt các hệ thống ổ khí đầu giường tại khoa Nội tiêu hoá và khoa Khám bệnh:

STT	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (nếu có)	Ký mã hiệu	Hãng/ Nước sản xuất	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1								
2								
n	...							

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)... Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 19/01/2026.

Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ <https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia>

5. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

...., ngày.... tháng....năm 2026

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))