

Số: /CV-BVĐK
V/v đề nghị báo giá Dịch vụ Bảo trì, bảo
dưỡng Máy chạy thân nhân tạo BBraun
Model: Dialog+ 710200 năm 2026

Quế Võ, ngày 20 tháng 07 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Quế Võ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Máy chạy thân nhân tạo BBraun Model: Dialog+ 710200 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Quế Võ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Quế Võ.
- Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ

- Họ tên: Trần Thị Hồng.
- Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược-VT-TBYT.
- Số điện thoại: 0976169919.
- Địa chỉ email: duoc.ttytquevo@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)

- Bản gốc tại: Khoa Dược-VT-TBYT Bệnh viện đa khoa Quế Võ.
- Bản sao PDF nhận tại địa chỉ Email: duoc.ttytquevo@gmail.com;
- Địa chỉ: Tổ dân phố Đình, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0976169919
- Email: duoc.ttytquevo@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 20/7/2026 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/07/2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27/07/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Bệnh viện đa khoa Quế Võ xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:
<https://muasamcong.gov.vn>;
- Websibe Bvđk Quế Võ;
- Cổng TTĐT Sở Y tế, TT KSBT Bắc Ninh;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh Bắc Ninh;
- <https://dmec.moh.gov.vn>;
- Lưu: VT, Dược-VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Đức Huy

PHỤ LỤC MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi ... *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
<u>Tổng cộng:</u>						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 07 năm 2026. *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm theo công văn số /CV-BVĐK ngày 20 tháng 07 năm 2026)

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ (mã hàng)	Đơn vị tính	Số lượng	Tần suất
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy lọc thận nhân tạo B.Braun - model Dialog+ 710200 (Bao gồm phụ kiện vật tư thay thế kèm theo)	Phụ lục công việc duy tu, bảo dưỡng: - Vệ sinh và kiểm tra toàn bộ hệ thống thủy lực của máy - Vệ sinh kiểm tra bộ nguồn chính - Vệ sinh kiểm tra bộ nguồn Power board Motor - Vệ sinh kiểm tra bộ nguồn Power board Valve - Vệ sinh kiểm tra bo mạch chính Digital board - Vệ sinh kiểm tra bo mạch chính Analog board - Vệ sinh kiểm tra bo mạch Controller - Căn chỉnh nhiệt độ TSBIC, TSD, TSD-S, TSDE TSDE-S, TSH, TSE - Căn chỉnh Sensor áp lực dịch PDA - Căn chỉnh Sensor áp lực Degassing PE - Căn chỉnh Sensor áp lực máu PV, PA, PBE - Căn chỉnh Sensor độ dẫn BICLF, ENDLF, ENDLF-S - Căn chỉnh None return valve RVFPE, RVFPA, RVDA - Căn chỉnh Touch screen - Căn chỉnh Gia tri Strock value của Bơm UF, BICARD, CONCENTRATE - Kiểm tra tổng thể và chạy thử máy - Phụ kiện vật tư thay thế gồm: 1. Thân bơm Piston – Bơm UF (PUMP BODY FOR PISTON PUMP); Mã HH 34560602: 03 cái 2. Cảm biến áp lực - PRESSURE SENSOR; Mã HH 3456124A: 03 cái 3. Cảm biến dò máu - BLOOD LEAK DETECTOR V4; Mã HH 34561692: 03 cái	Máy	12	Thực hiện 01 lần/01 máy
	Tổng cộng: 01 khoản				

