

Số: 4355/QĐ-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed

Thuộc dự toán mua sắm Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc Phê duyệt Dự toán thu – chi năm 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 3604/QĐ-BVĐKBN2 ngày 15/4/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed;

Căn cứ Quyết định số 4007/QĐ-BVĐKBN2 ngày 04/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed;

Căn cứ Quyết định số 4008/QĐ-BVĐKBN2 ngày 04/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed;

Căn cứ Quyết định số 4157/QĐ-BVĐKBN2 ngày 07/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed;

Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng giữa Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 và Công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật V.T ngày 13/5/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Tên gói thầu: Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed.
- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần thiết bị kỹ thuật V.T.
- Giá gói thầu: 142.200.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn./.*)
- Danh mục hàng hóa trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Vật tư căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng vật tư, các khoa, phòng, trung tâm liên quan và các nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Công thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Hạ Bá Chân

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu: Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed

Thuộc dự toán mua sắm: Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed

(Kèm theo Quyết định số 4355/QĐ-BVĐKBN2 ngày 13/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed	- Sửa chữa máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed bao gồm: + Kiểm tra, sửa chữa Collimator Control Board; + Kiểm tra, sửa chữa Helios Filter Assembly; + Vệ sinh tổng quát, hiệu chỉnh thông số máy; - Sau khi sửa chữa đảm bảo máy chụp cắt lớp 8 lát BrightSpeed hoạt động bình thường.	01	Dịch vụ	142.200.000	142.200.000
Tổng cộng:						142.200.000
<i>Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn./.</i>						