

Số: /TB-TTYT
V/v yêu cầu báo giá

Yên Phong, ngày tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế huyện Yên Phong có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu gói thầu bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo Dialog+ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Yên Phong
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược-VTTBYT

Số điện thoại: 0353380201 / 0945312766

Email: ttytyenphong@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTBYT, Trung tâm Y tế huyện Yên Phong.

Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

SĐT người nhận: 0353380201 / 0945312766

- Nhận qua email: ttytyenphong@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 09 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Rất mong sự hợp tác của Quý đơn vị. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế;
- Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử SYT;
- Cổng TTĐT Trung tâm;
- Lưu VT, HSĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

PHỤ LỤC DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	KL	ĐVT	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	<p style="text-align: center;">Bảo dưỡng, bảo trì máy thận nhân tạo</p> <p>Model: Dialog+ Hãng sản xuất: Bbraun Avitum AG/ Đức</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra bên ngoài máy xem có hư hỏng, bánh xe có di chuyển được không. - Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ hệ thống thủy lực của máy. - Kiểm tra, vệ sinh bộ nguồn chính. - Kiểm tra, vệ sinh bo mạch điều khiển các mô tơ (Power board Motor). - Kiểm tra, vệ sinh bo mạch điều khiển các van (Power board Valve). - Kiểm tra, vệ sinh bo mạch chính (Mother board LX800). - Kiểm tra, vệ sinh bo mạch kỹ thuật số (Digital board). - Kiểm tra, vệ sinh bo mạch tương tự (Analog board). - Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình cảm ứng (Touch screen); Âm thanh loa (speaker). - Kiểm tra, hiệu chỉnh nhiệt độ của dịch lọc. - Kiểm tra, hiệu chỉnh độ dẫn điện của dịch lọc. - Kiểm tra, hiệu chỉnh các bộ cảm biến đo áp lực máu PV, PA. - Kiểm tra, hiệu chỉnh các bơm hút dịch lọc (Concentrate A/ Bicard B), bơm rút ký (UF). - Kiểm tra các van điện từ của máy. - Kiểm tra, vệ sinh bơm máu và bơm heparin. - Kiểm tra tổng thể và chạy thử máy. - Số lượt bảo dưỡng: 01 lượt/máy/06 tháng 	11	Máy	Trung tâm Y tế huyện Yên Phong	30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng
		<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tổng quát chung quanh máy: Đường cấp nước và đường 				

2	<p>Bảo dưỡng, bảo trì máy chạy thận nhân tạo. (Model: 4008B Hãng sản xuất: Fresenius Medical Care/ Đức)</p>	<p>xả; Nguồn điện (dây nguồn và ổ cắm); Kiểm tra pin dự phòng trong chế độ power failure; Thời gian của lần tẩy trùng sau cùng; Phin lọc hóa chất tẩy rửa máy; Thay thế tấm lưới lọc bụi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ các bo mạch điều khiển và bo mạch nguồn của máy. - Kiểm tra các chi tiết liên quan đến hệ thống thủy lực: công Bibag; công hút dịch A/B. - Kiểm tra hệ thống thủy lực: Vệ sinh phin lọc dịch lọc A/B; Vệ sinh phin lọc 210; Vệ sinh phin lọc UF. - Kiểm tra, hiệu chỉnh bơm tách khí (Deagass). - Kiểm tra, hiệu chỉnh bơm dòng dịch lọc ở các mức: 300ml/phút; 500ml/phút; 800ml/phút. - Kiểm tra, hiệu chỉnh áp lực các điểm A; B; C; D. - Kiểm tra thể tích buồng cân bằng. - Kiểm tra tính chính xác áp lực dịch lọc, áp lực xuyên màng TMP. - Kiểm tra, hiệu chỉnh độ chính xác của bơm hút dịch lọc A/B. - Kiểm tra, hiệu chỉnh độ dẫn điện và nhiệt độ của dịch lọc. - Kiểm tra, hiệu chỉnh độ chính xác của bơm rút ký (UF). - Kiểm tra tính chính xác của tốc độ bơm máu và bơm Heparin. - Kiểm tra, hiệu chỉnh bộ cảm biến phát hiện khí và kẹp tĩnh mạch. - Kiểm tra, hiệu chỉnh tính chính xác của cảm biến đo áp lực động mạch (PA), tĩnh mạch (PV). - Súc rửa công lấy mẫu dịch lọc trong chế độ tẩy trùng nóng. - Cho máy thực hiện chương trình khử khuẩn và Chạy kiểm tra các chức năng an toàn của máy trước khi điều trị (T1 Test). <p>- Số lượt bảo dưỡng: 01 lượt/máy/06 tháng</p>	5	Máy	Trung tâm Y tế huyện Yên Phong	30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	--------------------------------	--------------------------------

Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định,
hiệu chuẩn trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

